Actas Urológicas Españolas

www.elsevier.es/actasuro

COMENTARIO EDITORIAL

Comentario a: "El artefacto de centelleo en la caracterización de los cálculos urinarios"

Comment to: "Role of twinkling artifact in characterization of urinary calculi"

J. Martínez-Crespo

Servicio de Radiología, Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España

Como radiólogo de un hospital universitario de carácter general, que se dedica a la ecografía de pacientes de diferentes especialidades, he observado el "signo del centelleo" en el doppler color realizando exploraciones del sistema excretor y también en calcificaciones de otros órganos. Es conocido que la litiasis renoureteral produce una imagen hiperecogénica y sombra acústica, y en algunas ocasiones un artefacto en el doppler color que provoca *aliasing* y también un ruido de interferencia eléctrica en el doppler pulsado^{1,2}.

Recientemente he tenido el gusto de revisar el artículo de Kocoglu et al³, que refleja la experiencia de un Servicio de Urología de Turquía en lo que respecta al significado de este artefacto. Este artículo me ha sorprendido por su rigor y minuciosidad, y por la brillante idea de intentar caracterizar el tipo de composición litiasica (oxalato cálcico monohidrato o dihidrato) en relación con el artefacto de centelleo que se produce al realizar el doppler color, y que por tanto daría información sobre el comportamiento del cálculo a la hora de realizar litotricia para su tratamiento.

Creo que es un artículo interesante y bien realizado, aunque habrá que esperar a que otros grupos realicen estudios similares y podamos tener una perspectiva más global de este asunto.

En mi experiencia creo que es difícil tipificar el grado de centelleo a la hora de clasificar los cálculos, y que existen otros parámetros que pueden alterar el tipo de artefacto de color, como el *preset* del ecógrafo o la propia rugosidad del

cálculo, lo que condicionaría importantes alteraciones en lo que respecta al resultado de este tipo de estudios⁴.

Pienso, no obstante, que estamos ante una línea de investigación nueva en el diagnóstico por imagen. Evidentemente, esta iniciativa resulta muy atractiva porque va mas allá de decirnos que hemos encontrado un cálculo para señalar que el cálculo será más o menos duro y, por lo tanto, con gran interés potencial en la predicción de resultados del tratamiento con litotricia. Debemos estar expectantes antes de generalizar las conclusiones del estudio de Kocoglu et al³, pero una vez investigada la reproducibilidad de sus hallazgos, tal vez pueda llegarse a establecer de manera más sistemática que los cálculos con mayor artefacto de centelleo necesitarán menor número de sesiones de litotricia extracorpórea. De esta forma habremos aplicado conclusiones derivadas del conocimiento de los métodos de imagen a la práctica asistencial.

Bibliografía

1. Lee JY, Kim SH, Cho JY, Han D. Color and power Doppler twinkling artefact from urinary stones. *AJR Am J Roentgenol*. 2001;176:1441–5.
2. Rahmouni A, Bargoin R, Herment A, Bargoin N, Vasile N. Color Doppler twinkling artefact in hyperechoic regions. *Radiology*. 1996;199:269–71.
3. Kocoglu H, Alan C, Kosar S, Karatag O, Resit Ersay A, Herhan Eren A. Role of twinkling artefact in characterization of urinary calculi. *Actas Urol Esp*. 2011;35:396–402.
4. Kamaya A, Tuthill T, Rubin JM. Twinkling artifact on color Doppler sonography: dependence on machine parameters and underlying cause. *AJR Am J Roentgenol*. 2003;180:215–22.

Véase contenido relacionado en
DOI: [10.1016/j.acuro.2011.02.006](https://doi.org/10.1016/j.acuro.2011.02.006).
Correo electrónico: jmartinezcrespo@telefonica.net