

## Fe de erratas

Debido a un error en el artículo “Evaluación electromiográfica de los músculos masticadores durante la fuerza máxima de mordedura”, publicado en el Volumen 30 nº6 Noviembre-Diciembre de 2008 se publicó:

### EN RESUMEN

**Dónde se leía:** La fuerza de mordedura se determinó con un transductor de presión que era un tubo de goma conectado a un sensor de presión (MPX 5700) (Motorola SPS, Austin, TX, EE.UU.).

**Debería poner:** La fuerza de mordedura se determinó con un transductor metálico que era conectado a un sensor de fuerza (Strain Gauge) para medición de la deformación del material modelo SF04 (EMG SYSTEM DO BRASIL).

**Inglés.** *The bite force was measured with a metallic transducer that was connected to a force sensor (Strain Gauge) to measure the deformation of the material model SF04 (EMG SYSTEM DO BRASIL).*

### EN TEXTO

**Dónde se leía:** La fuerza de mordedura se determinó con un transductor de presión que era un tubo de goma conectado a un sensor de presión (MPX 5700) (Motorola SPS, Austin, TX, EE.UU.).

**Debería poner:** La fuerza de mordedura se determinó con un transductor metálico que era conectado a un sensor de fuerza (Strain Gauge) para medición de la deformación del material modelo SF04 (EMG SYSTEM DO BRASIL).

**Inglés.** *The bite force was measured with a metallic transducer that was connected to a force sensor (Strain Gauge) to measure the deformation of the material model SF04 (EMG SYSTEM DO BRASIL).*